

GEBRUCHSANWEISUNG

INSTRUCTION FOR USE

NOVO BC QTube Bilumen 180CSE Breathing Circuits

PL | INSTRUKCJA UŻYWANIA

Obwód oddechowy Bilumen do stosowania u dzieci i dorosłych.

PRZECIWIKAZANIA

Zabrania się stosowania wentylacji mechanicznej w przypadku odmy opłuczkowej i śródpiersia bez obciążenia płucnych pęcherzy rozdawkowych, maszynowego krwotoku, ostrego zawału serca oraz wstrząsu krwotocznego przed podaniem uzupełniającej objętości krwi.

ŚRODKI KONTROLI PRZED UŻYCIEM I INSTRUKCJA UŻYWANIA

- Należy używać tego produktu, jeśli nie przeprowadzono następujących kontroli:
- Sprawdzić produkt pod kątem kompletności, czyli obcych / blokad, odbarwień, uszkodzeń lub wad.
- Dołożyć wysoka wyszczelność połączenia przy pomocy lekkiego skroju (maks. 1/4 obrótu), aby zapewnić szczelność.
- Upewnić się, że wszystkie pokrywy portów CO2 są bezpiecznie zamontowane i dokręcone podczas wszystkich szczelności, o ile są dołączone w zestawie.
- Przed podłączeniem do pacjenta sprawdzić szczelność zgodnie z normą ISO 5367.
- Po pomyślnym zakończeniu próby szczelności podjąćcy przewód do pobierania próbek gazu od obwodów filtra do monitora.

OSTRZEŻENIA I OBYWIAZEK ZŁĄCZANIA

- W przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli przed użyciem należy zwrócić produkt do dostawcy w celu przeprowadzenia jego inspekcji.
- Produktu nie należy moczyć, płukać, myć, sterylizować gazowo ani parowo. W pracującym stanie może dojść do powstania szkodliwych gazów reakcyjnych lub niebezpiecznie zwiększonego oporu przy oddychaniu, a także do zagrożenia integralności układu oddechowego.
- Zasłonki produktu mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie należy opierać się o obwód oddechowy ani go ścisnąć, gdyż może to spowodować uszkodzę.
- Należy przestrzegać lokalnych rozporządzeń dotyczących utylizacji odpadów medycznych.

UWAGA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Z INNYMI PRODUKTAMI

Obwód oddechowy może być stosowany ze wszystkimi standardowymi urządzeniami do znieczulenia i wentylacji.

Stosowanie musi być prowadzone przez pracowników służby zdrowia lub użytkowników przekształconych przez pracowników służby zdrowia. Decyzję o zastosowaniu podejmuje lekarz prowadzący.

PRZEZNACZENIE

Podawanie pacjentowi świeżych, odpowiednich do oddychania mieszanin gazów, w tym anestetycznych / świeżego powietrza lub tlenu, oraz odprowadzanie gazów wydychanych przez pacjenta do aparatu anestezjologicznego / respiratora w celu ponownego oczyszczenia.

OKRES UŻYWANIA

Maksymalny zalecany czas użytkowania jednego obwodu u jednego pacjenta wynosi 24 godziny. Jeśli układ jest używany bez filtra oddechowego na przykład w celu pomiaru, może być stosowany tylko przez jednego pacjenta.

Jeśli układ jest chroniony przez wysokowydajny filtr lub inny odpowiednio zatwierdzony filtr oddechowy na przykład pacjenta, a filtr i przyłącze pacjenta są wymieniane w przypadku każdego pacjenta, to układ może być stosowany w więcej niż jednego pacjenta, a czas użytkowania może wynosić więcej niż jeden dzień. W żadnym wypadku nie należy jednak używać obwodu dłużej niż 7 dni.

HU | HASZNÁLTATI ÚTMUTATÁS

Kétfázisú légzőkörrendszert gyermekek és felnőttek számára.

ELLENÁVALLATOK

A gépi lélegeztetés pneumothorax, dréznés nélküli mediastinális emphysema, tüdőgúdotag, akut hemoptysis, akut myocardialis infarktus és vérsírtól való vérvetés sok esetén nem megengedett.

HASZNÁLTAL ELŐTTI VIZSGÁLATOK ÉS HASZNÁLATA UTÁNKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

- Nem használja a terméket, amíg a következő ellenőrzéseket el nem végezte:
- Ellenőrizze a terméket teljes egészében tárgyak/erőforrások, elszineződés, sérülések vagy hibák szempontjából.
- A szivárgásmentes illeszkedés biztosítása érdekében nézze át biztonságosan az összes csatlakozást, emyhén elforgatva azokat (max. 1/4 fordulat).
- Ha a szilikonos herjedélen tartalomzavar, gyűzőkőzlenés fordul elő, hogy a szivárgásvesztéssel az szükséges összes CO2-csatlakozó kupakot biztonságosan felhelyezték és meghúzták.
- Ellenőrizze a szivárgást az ISO 5367 szabvány szerint, mielőtt a terméket a beteghez csatlakoztatná.
- A szivárgásvesztést sikeres elvégzése után csatlakoztatva a gázminőség-érvézeteket a légzőkör/átjárót a monitorhoz.

FIGYELMEZTETÉSEK/A BEJELENTÉSEK KÖTELEZTETÉSGEKRE VALÓ HÍVATKOZÁS

Kérjük, értesítse a gyártót és a fogadalm illetékes hatóságát minden, az eszközzel kapcsolatban bekövetkező súlyos váltorán eseményről.

- A megnövekedett ellenőrzés során hibát merül fel, kérjük, küldje vissza a terméket a szállítónak ellenőrzésre.
- A terméket nem szabad áztatni, öblíteni, mosni, gőzzel vagy gőzzel sterilizálni. Ez káros gázmaradványokhoz vagy veszélyes mérgezőanyagok képzéséhez vezet, és veszélyeztetheti a légzőkör integritását.
- A termék előfordása súlyos sérülést vagy halált okozhat. Ne támaszkodjon a légzőkörre, és ne csúsztassa meg, mert az elmozdítás veszélyes.
- Figyelem! A légzőkör használata során a betegnek a szilikonos csatlakozásokról tájékoztatni kell.

MEGJEGYZÉS A FÉRMEKKEKKEK VALÓ EGÝÜTTÉS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓAN

A légzőkör minden szükséges aneszteziológiai és lélegeztető termékkel használható.

Égésveszélyű szakszerményez vagy égésvédelemmel szembe fordított dital betanított felhasználók használhatják. Az alkalmazásokról a kezelőútvonalon.

RENDELTELTÉSSZÁR HASZNÁLAT

Friss lélegeztetőszerek adagolására, beleértve az alátámasztó/His levegőt vagy oxigént, valamint a kiegészítő betegápolási szükségletekkel való ellátást a lélegeztető készülékbe utárellátórendszerrel.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA

A légzőkör használatakor ajánlott maximális időtartama betegenként 24 óra. Ha ezt a rendszert lélegeztető nélküli használják a betegápoláshoz, akkor csak egyetlen betegnél használható.

Ha ez a rendszer a betegápoláshoz szükséges vagy hatékonyabbá teszi a szilikonos csatlakozásokat, a rendszer egyéni több betegnél is használható, és a használóit addig több mint egy nap is lehet. A légzőkör azonban semmilyen körülmények között sem szabad 7 napnál tovább használni.

RO | INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dihalni krog Bilumen za uporabo pri otrocih in odraslih.

CONTRINDICAȚII

Ventilația mecanică nu este permisă în caz de pneumothorax, emfizem mediastinial fără drenaj, insuficiență pulmonară, hemoptizie masivă, infarct miocardic acut și șoc hemoragic înainte de înlocuirea sângelui.

Verificați înainte de utilizare și indicații de utilizare

Nu utilizați acest dispozitiv înainte de a fi efectuat următoarele controale:

- Verificați integritatea dispozitivului, corpurile străine/obstrucții, decolorările, deteriorările sau deteriorările.
- Fixați toate racordurile într-o manieră sigură, prin rotire ușoară (max. 1/4 de rotație), pentru a garanta o fixare fermă și sigură.
- Decuți sunt conștienți în pachetul de livrare, asigurări-vă că toate capacele de racord CO2 pentru ventilarea etanșată sunt montate și strânse într-o manieră sigură.
- Verificați etanșabilitatea conform ISO 5367. Înainte de a racorda dispozitivul la un pacient.
- Decuți verificarea etanșabilității a fost finalizată cu succes, racordajul conductă de prelevare a gazelor de la tubul de ventilație/filtru la monitor.

INDICAȚII DE AVERTIZARE/INDICAȚII PRIVIND OBLIGAȚIA DE RAPORTARE

În cazul unor incidente grave, vă rugăm să informați producătorul și autoritatea competentă a statului membru.

- În cazul în care depistați vreo deficiență la controlul preliminar, vă rugăm să returnați dispozitivul furnizorului, pentru verificare.
- Acest dispozitiv nu trebuie înmuiat, câștat, spălat sau sterilizat cu gaz sau cu abur. Acest lucru poate duce la gaze reziduale în gaze sau la creșterea pericolului a rezistenței respiratori și poate pune în pericol integritatea tubului de respirație.
- O blocaje a dispozitivului poate duce la lezarea gravă sau la deces. Nu se sprijini pe tubul de ventilație și nu îl blocați, pentru că acest lucru poate duce la obstrucție.
- Respectați normele locale privind eliminarea deșeurilor medicale.

INDICAȚII PRIVIND UTILIZAREA ÎMPREUNĂ CU ALTE DISPOZITIVE

Tubul de ventilație se poate utiliza împreună cu toate dispozitivele uzuale de anestezie și ventilație. Utilizarea este permisă personalului medical de specialitate sau utilizatorilor instruiți de personalul medical de specialitate. Discuzați cu privire la utilizare se va lua de fiecare medic curant.

UTILIZAREA PROPUSĂ

Pe lângă scopul de anestezie, de gaze proaspete pentru respirație, inclusiv gaze de anestezie/laer proaspat și oxigen, precum și transportul de reful a gazului expirate de pacient către aparatură de anestezie, respectiv ventilație, în scopul respirației.

DURATA DE UTILIZARE

Durata de utilizare maximă recomandată pentru un tub de ventilație per pacient este de 24 de ore. Dacă acest sistem se utilizează în filtru de respirație la racordul pacienului, se va utiliza numai pentru un singur pacient.

Dacă acest sistem este proiectat fără filtru racordului pacienului de un filtru extrem de eficient sau de un filtru de respirație, sistemul se poate utiliza pentru mai mult decât un pacient, iar durata de utilizare poate fi mai mare de o zi. Tubul de ventilație n-ar trebui însă în niciun caz utilizat mai mult de 7 zile.

UTIZAREA PROPUSĂ

Pe lângă scopul de anestezie, de gaze proaspete pentru respirație, inclusiv gaze de anestezie/laer proaspat și oxigen, precum și transportul de reful a gazului expirate de pacient către aparatură de anestezie, respectiv ventilație, în scopul respirației.

DURATA DE UTILIZARE

Durata de utilizare maximă recomandată pentru un tub de ventilație per pacient este de 24 de ore. Dacă acest sistem se utilizează în filtru de respirație la racordul pacienului, se va utiliza numai pentru un singur pacient.

Dacă acest sistem este proiectat fără filtru racordului pacienului de un filtru extrem de eficient sau de un filtru de respirație, sistemul se poate utiliza pentru mai mult decât un pacient, iar durata de utilizare poate fi mai mare de o zi. Tubul de ventilație n-ar trebui însă în niciun caz utilizat mai mult de 7 zile.

RO | INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dihalni krog Bilumen za uporabo pri otrocih in odraslih.

CONTRINDICAȚII

Ventilația mecanică nu este permisă în caz de pneumothorax, emfizem mediastinial fără drenaj, insuficiență pulmonară, hemoptizie masivă, infarct miocardic acut și șoc hemoragic înainte de înlocuirea sângelui.

Verificați înainte de utilizare și indicații de utilizare

Nu utilizați acest dispozitiv înainte de a fi efectuat următoarele controale:

- Verificați integritatea dispozitivului, corpurile străine/obstrucții, decolorările, deteriorările sau deteriorările.
- Fixați toate racordurile într-o manieră sigură, prin rotire ușoară (max. 1/4 de rotație), pentru a garanta o fixare fermă și sigură.
- Decuți sunt conștienți în pachetul de livrare, asigurări-vă că toate capacele de racord CO2 pentru ventilarea etanșată sunt montate și strânse într-o manieră sigură.
- Verificați etanșabilitatea conform ISO 5367. Înainte de a racorda dispozitivul la un pacient.
- Decuți verificarea etanșabilității a fost finalizată cu succes, racordajul conductă de prelevare a gazelor de la tubul de ventilație/filtru la monitor.

INDICAȚII DE AVERTIZARE/INDICAȚII PRIVIND OBLIGAȚIA DE RAPORTARE

În cazul unor incidente grave, vă rugăm să informați producătorul și autoritatea competentă a statului membru.

- În cazul în care depistați vreo deficiență la controlul preliminar, vă rugăm să returnați dispozitivul furnizorului, pentru verificare.
- Acest dispozitiv nu trebuie înmuiat, câștat, spălat sau sterilizat cu gaz sau cu abur. Acest lucru poate duce la gaze reziduale în gaze sau la creșterea pericolului a rezistenței respiratori și poate pune în pericol integritatea tubului de respirație.
- O blocaje a dispozitivului poate duce la lezarea gravă sau la deces. Nu se sprijini pe tubul de ventilație și nu îl blocați, pentru că acest lucru poate duce la obstrucție.
- Respectați normele locale privind eliminarea deșeurilor medicale.

INDICAȚII PRIVIND UTILIZAREA ÎMPREUNĂ CU ALTE DISPOZITIVE

Tubul de ventilație se poate utiliza împreună cu toate dispozitivele uzuale de anestezie și ventilație. Utilizarea este permisă personalului medical de specialitate sau utilizatorilor instruiți de personalul medical de specialitate. Discuzați cu privire la utilizare se va lua de fiecare medic curant.

UTILIZAREA PROPUSĂ

Pe lângă scopul de anestezie, de gaze proaspete pentru respirație, inclusiv gaze de anestezie/laer proaspat și oxigen, precum și transportul de reful a gazului expirate de pacient către aparatură de anestezie, respectiv ventilație, în scopul respirației.

DURATA DE UTILIZARE

Durata de utilizare maximă recomandată pentru un tub de ventilație per pacient este de 24 de ore. Dacă acest sistem se utilizează în filtru de respirație la racordul pacienului, se va utiliza numai pentru un singur pacient.

Dacă acest sistem este proiectat fără filtru racordului pacienului de un filtru extrem de eficient sau de un filtru de respirație, sistemul se poate utiliza pentru mai mult decât un pacient, iar durata de utilizare poate fi mai mare de o zi. Tubul de ventilație n-ar trebui însă în niciun caz utilizat mai mult de 7 zile.

UTIZAREA PROPUSĂ

Pe lângă scopul de anestezie, de gaze proaspete pentru respirație, inclusiv gaze de anestezie/laer proaspat și oxigen, precum și transportul de reful a gazului expirate de pacient către aparatură de anestezie, respectiv ventilație, în scopul respirației.

DURATA DE UTILIZARE

Durata de utilizare maximă recomandată pentru un tub de ventilație per pacient este de 24 de ore. Dacă acest sistem se utilizează în filtru de respirație la racordul pacienului, se va utiliza numai pentru un singur pacient.

Dacă acest sistem este proiectat fără filtru racordului pacienului de un filtru extrem de eficient sau de un filtru de respirație, sistemul se poate utiliza pentru mai mult decât un pacient, iar durata de utilizare poate fi mai mare de o zi. Tubul de ventilație n-ar trebui însă în niciun caz utilizat mai mult de 7 zile.

UTIZAREA PROPUSĂ

Pe lângă scopul de anestezie, de gaze proaspete pentru respirație, inclusiv gaze de anestezie/laer proaspat și oxigen, precum și transportul de reful a gazului expirate de pacient către aparatură de anestezie, respectiv ventilație, în scopul respirației.

DURATA DE UTILIZARE

Durata de utilizare maximă recomandată pentru un tub de ventilație per pacient este de 24 de ore. Dacă acest sistem se utilizează în filtru de respirație la racordul pacienului, se va utiliza numai pentru un singur pacient.

Dacă acest sistem este proiectat fără filtru racordului pacienului de un filtru extrem de eficient sau de un filtru de respirație, sistemul se poate utiliza pentru mai mult decât un pacient, iar durata de utilizare poate fi mai mare de o zi. Tubul de ventilație n-ar trebui însă în niciun caz utilizat mai mult de 7 zile.

UTIZAREA PROPUSĂ

Pe lângă scopul de anestezie, de gaze proaspete pentru respirație, inclusiv gaze de anestezie/laer proaspat și oxigen, precum și transportul de reful a gazului expirate de pacient către aparatură de anestezie, respectiv ventilație, în scopul respirației.

DURATA DE UTILIZARE

Durata de utilizare maximă recomandată pentru un tub de ventilație per pacient este de 24 de ore. Dacă acest sistem se utilizează în filtru de respirație la racordul pacienului, se va utiliza numai pentru un singur pacient.

Dacă acest sistem este proiectat fără filtru racordului pacienului de un filtru extrem de eficient sau de un filtru de respirație, sistemul se poate utiliza pentru mai mult decât un pacient, iar durata de utilizare poate fi mai mare de o zi. Tubul de ventilație n-ar trebui însă în niciun caz utilizat mai mult de 7 zile.

UTIZAREA PROPUSĂ

Pe lângă scopul de anestezie, de gaze proaspete pentru respirație, inclusiv gaze de anestezie/laer proaspat și oxigen, precum și transportul de reful a gazului expirate de pacient către aparatură de anestezie, respectiv ventilație, în scopul respirației.

DURATA DE UTILIZARE

Durata de utilizare maximă recomandată pentru un tub de ventilație per pacient este de 24 de ore. Dacă acest sistem se utilizează în filtru de respirație la racordul pacienului, se va utiliza numai pentru un singur pacient.

Dacă acest sistem este proiectat fără filtru racordului pacienului de un filtru extrem de eficient sau de un filtru de respirație, sistemul se poate utiliza pentru mai mult decât un pacient, iar durata de utilizare poate fi mai mare de o zi. Tubul de ventilație n-ar trebui însă în niciun caz utilizat mai mult de 7 zile.

UTIZAREA PROPUSĂ

Pe lângă scopul de anestezie, de gaze proaspete pentru respirație, inclusiv gaze de anestezie/laer proaspat și oxigen, precum și transportul de reful a gazului expirate de pacient către aparatură de anestezie, respectiv ventilație, în scopul respirației.

DURATA DE UTILIZARE

Durata de utilizare maximă recomandată pentru un tub de ventilație per pacient este de 24 de ore. Dacă acest sistem se utilizează în filtru de respirație la racordul pacienului, se va utiliza numai pentru un singur pacient.

Dacă acest sistem este proiectat fără filtru racordului pacienului de un filtru extrem de eficient sau de un filtru de respirație, sistemul se poate utiliza pentru mai mult decât un pacient, iar durata de utilizare poate fi mai mare de o zi. Tubul de ventilație n-ar trebui însă în niciun caz utilizat mai mult de 7 zile.

UTIZAREA PROPUSĂ

Pe lângă scopul de anestezie, de gaze proaspete pentru respirație, inclusiv gaze de anestezie/laer proaspat și oxigen, precum și transportul de reful a gazului expirate de pacient către aparatură de anestezie, respectiv ventilație, în scopul respirației.

DURATA DE UTILIZARE

Durata de utilizare maximă recomandată pentru un tub de ventilație per pacient este de 24 de ore. Dacă acest sistem se utilizează în filtru de respirație la racordul pacienului, se va utiliza numai pentru un singur pacient.

Dacă acest sistem este proiectat fără filtru racordului pacienului de un filtru extrem de eficient sau de un filtru de respirație, sistemul se poate utiliza pentru mai mult decât un pacient, iar durata de utilizare poate fi mai mare de o zi. Tubul de ventilație n-ar trebui însă în niciun caz utilizat mai mult de 7 zile.

UTIZAREA PROPUSĂ

Pe lângă scopul de anestezie, de gaze proaspete pentru respirație, inclusiv gaze de anestezie/laer proaspat și oxigen, precum și transportul de reful a gazului expirate de pacient către aparatură de anestezie, respectiv ventilație, în scopul respirației.

DURATA DE UTILIZARE

Durata de utilizare maximă recomandată pentru un tub de ventilație per pacient este de 24 de ore. Dacă acest sistem se utilizează în filtru de respirație la racordul pacienului, se va utiliza numai pentru un singur pacient.

Dacă acest sistem este proiectat fără filtru racordului pacienului de un filtru extrem de eficient sau de un filtru de respirație, sistemul se poate utiliza pentru mai mult decât un pacient, iar durata de utilizare poate fi mai mare de o zi. Tubul de ventilație n-ar trebui însă în niciun caz utilizat mai mult de 7 zile.

UTIZAREA PROPUSĂ

Pe lângă scopul de anestezie, de gaze proaspete pentru respirație, inclusiv gaze de anestezie/laer proaspat și oxigen, precum și transportul de reful a gazului expirate de pacient către aparatură de anestezie, respectiv ventilație, în scopul respirației.

DURATA DE UTILIZARE

Durata de utilizare maximă recomandată pentru un tub de ventilație per pacient este de 24 de ore. Dacă acest sistem se utilizează în filtru de respirație la racordul pacienului, se va utiliza numai pentru un singur pacient.

GEBRUCHSANWEISUNG

INSTRUCTION FOR USE

NOVO BC QTube Bilumen 180CSE Breathing Circuits

SL | NAVODILA ZA UPORABO

Dvokomorni dihalni cevni sistem za otroke in odrasle.

KONTRINDIKACIJE

Mehaniška ventilacija pri pneumothorax, mediastinalni emfizem brez drenaže, značilni mehurčki v pljučih, hudi hemoptizi, akutnem miokardnem infarktu in hemoragičnem šoku pred nadomestitvijo krvi ni dovoljena.

PREVERJANJA PRED UPORABO IN NAVODILA ZA UPORABO

Tega pripomočka ne uporabljajte, dokler ne izvedete naslednjih preverjanj:

- Preverite, ali je pripomoček popoln, brez luknjav/zamazan, razbarvan, pokobno ali pomanjkljivo.
- Z rahlim vtirjem (najl. 1/4 obrata) varno pritrdite vse priključke, da zagotovite prileganje brez puščanja.
- Če so priključki klopca CO2 vključene v obsegu obkrožen, se prepričajte, da so varno nameščene za preverjanje tesnenja in pripenje.
- Preverite tesnenje v skladu s standardom ISO 5367, preden pripomoček priključite na pacienta.
- Ko je preverjanje tesnenja uspešno zaključeno, priključite vod za odjem plina z dihalne cev/filtru na monitor.

OPOMORI/ANAPOTEK GLEDE DOLŽNOSTI POROČANJA

Primeru resni zapletov obvestite proizvajalca in priložiti organ državne članice.

- V primeru napake pri predhodnem preverjanju vrnite pripomoček dobavitelju, da ga preveri.
- Tega pripomočka ni dovoljeno namočiti, spirati, prali ali sterilizirati s plinom oc. paro. To lahko vodi do škodljivih za osebo plinov ali nevarno povečane upora pri dihanju ter ogrozi celovitost dihalne cevi.
- Blokiranje pripomočka lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Ne optirajte se na dihalno cev in je ne upirajte. Če lahko to povzroči zamazanost.
- Uporabljajte lokalne propise za odščanjevaranje medicinskih odpadkov.

NAPOTEK ZA UPORABO Z DRUGIMI Pripomočki

Dihalna cev je mogoče uporabljati z vsemi običajnimi anestezijskimi pripomočki in pripomočki za umetno dihanje. Uporabljaj jo zdravstveno strokovno osebo oz. uporabnik, ki jih je sposobno zdravstveno strokovno osebo. Očistilno o uporabi sprejme tebe zdravnik.

PREDVARNILA UPORABA

Za dovajanje svežih mešanici dihalnih plinov, vključno s plini za narokozveževanje zraka ali kisikom. In povratni pretok plinov ali nevarno povečanje upora pri dihanju ter ogrozi celovitost dihalne cevi.

- Preverite, ali je pripomoček popoln, brez luknjav/zamazan, razbarvan, pokobno ali pomanjkljivo.
- Z rahlim vtirjem (najl. 1/4 obrata) varno pritrdite vse priključke, da zagotovite prileganje brez puščanja.
- Če so priključki klopca CO2 vključene v obsegu obkrožen, se prepričajte, da so varno nameščene za preverjanje tesnenja in pripenje.
- Preverite tesnenje v skladu s standardom ISO 5367, preden pripomoček priključite na pacienta.
- Ko je preverjanje tesnenja uspešno zaključeno, priključite vod za odjem plina z dihalne cev/filtru na monitor.

TRAJANJE UPORABE

Pripomoček najdolgaj čas uporabe dihalne cevi (ni pacientsu znaša 24 ur. Če se ta sistem uporablja brez dihalnega filtra na priključku za pacientsu, se lahko uporabi samo pri enem pacientu.

Če je ta sistem zasložen z visokovydajnim filtrom ali drugim ustrezno potrdjenim dihalnim filtrom na priključku za pacientsu in filter na priključku za pacientsu zamenjate za vsakega pacientsu, se lahko sistem uporablja pri več kot enem pacientu, trajanje uporabe pa je lahko daljšo od enega dne. Dihalne cevi nikakor ni dovoljeno uporabljati dlje od 7 dni.

TRAJANJE UPORABE

Pripomoček najdolgaj čas uporabe dihalne cevi (ni pacientsu znaša 24 ur. Če se ta sistem uporablja brez dihalnega filtra na priključku za pacientsu, se lahko uporabi samo pri enem pacientu.

Če je ta sistem zasložen z visokovydajnim filtrom ali drugim ustrezno potrdjenim dihalnim filtrom na priključku za pacientsu in filter na priključku za pacientsu zamenjate za vsakega pacientsu, se lahko sistem uporablja pri več kot enem pacientu, trajanje uporabe pa je lahko daljšo od enega dne. Dihalne cevi nikakor ni dovoljeno uporabljati dlje od 7 dni.

TRAJANJE UPORABE

Pripomoček najdolgaj čas uporabe dihalne cevi (ni pacientsu znaša 24 ur. Če se ta sistem uporablja brez dihalnega filtra na priključku za pacientsu, se lahko uporabi samo pri enem pacientu.

Če je ta sistem zasložen z visokovydajnim filtrom ali drugim ustrezno potrdjenim dihalnim filtrom na priključku za pacientsu in filter na priključku za pacientsu zamenjate za vsakega pacientsu, se lahko sistem uporablja pri več kot enem pacientu, trajanje uporabe pa je lahko daljšo od enega dne. Dihalne cevi nikakor ni dovoljeno uporabljati dlje od 7 dni.

TRAJANJE UPORABE

Pripomoček najdolgaj čas uporabe dihalne cevi (ni pacientsu znaša 24 ur. Če se ta sistem uporablja brez dihalnega filtra na priključku za pacientsu, se lahko uporabi samo pri enem pacientu.

Če je ta sistem zasložen z visokovydajnim filtrom ali drugim ustrezno potrdjenim dihalnim filtrom na priključku za pacientsu in filter na priključku za pacientsu zamenjate za vsakega pacientsu, se lahko sistem uporablja pri več kot enem pacientu, trajanje uporabe pa je lahko daljšo od enega dne. Dihalne cevi nikakor ni dovoljeno uporabljati dlje od 7 dni.

TRAJANJE UPORABE

Pripomoček najdolgaj čas uporabe dihalne cevi (ni pacientsu znaša 24 ur. Če se ta sistem uporablja brez dihalnega filtra na priključku za pacientsu, se lahko uporabi samo pri enem pacientu.

Če je ta sistem zasložen z visokovydajnim filtrom ali drugim ustrezno potrdjenim dihalnim filtrom na priključku za pacientsu in filter na priključku za pacientsu zamenjate za vsakega pacientsu, se lahko sistem uporablja pri več kot enem pacientu, trajanje uporabe pa je lahko daljšo od enega dne. Dihalne cevi nikakor ni dovoljeno uporabljati dlje od 7 dni.

TRAJANJE UPORABE

Pripomoček najdolgaj čas uporabe dihalne cevi (ni pacientsu znaša 24 ur. Če se ta sistem uporablja brez dihalnega filtra na priključku za pacientsu, se lahko uporabi samo pri enem pacientu.

Če je ta sistem zasložen z visokovydajnim filtrom ali drugim ustrezno potrdjenim dihalnim filtrom na priključku za pacientsu in filter na priključku za pacientsu zamenjate za vsakega pacientsu, se lahko sistem uporablja pri več kot enem pacientu, trajanje uporabe pa je lahko daljšo od enega dne. Dihalne cevi nikakor ni dovoljeno uporabljati dlje od 7 dni.

TRAJANJE UPORABE

Pripomoček najdolgaj čas uporabe dihalne cevi (ni pacientsu znaša 24 ur. Če se ta sistem uporablja brez dihalnega filtra na priključku za pacientsu, se lahko uporabi samo pri enem pacientu.

Če je ta sistem zasložen z visokovydajnim filtrom ali drugim ustrezno potrdjenim dihalnim filtrom na priključku za pacientsu in filter na priključku za pacientsu zamenjate za vsakega pacientsu, se lahko sistem uporablja pri več kot enem pacientu, trajanje uporabe pa je lahko daljšo od enega dne. Dihalne cevi nikakor ni dovoljeno uporabljati dlje od 7 dni.

TRAJANJE UPORABE

Pripomoček najdolgaj čas uporabe dihalne cevi (ni pacientsu znaša 24 ur. Če se ta sistem uporablja brez dihalnega filtra na priključku za pacientsu, se lahko uporabi samo pri enem pacientu.

Če je ta sistem zasložen z visokovydajnim filtrom ali drugim ustrezno potrdjenim dihalnim filtrom na priključku za pacientsu in filter na priključku za pacientsu zamenjate za vsakega pacientsu, se lahko sistem uporablja pri več kot enem pacientu, trajanje uporabe pa je lahko daljšo od enega dne. Dihalne cevi nikakor ni dovoljeno uporabljati dlje od 7 dni.

TRAJANJE UPORABE

Pripomoček najdolgaj čas uporabe dihalne cevi (ni pacientsu znaša 24 ur. Če se ta sistem uporablja brez dihalnega filtra na priključku za pacientsu, se lahko uporabi samo pri enem pacientu.

Če je ta sistem zasložen z visokovydajnim filtrom ali drugim ustrezno potrdjenim dihalnim filtrom na priključku za pacientsu in filter na priključku za pacientsu zamenjate za vsakega pacientsu, se lahko sistem uporablja pri več kot enem pacientu, trajanje uporabe pa je lahko daljšo od enega dne. Dihalne cevi nikakor ni dovoljeno uporabljati dlje od 7 dni.

TRAJANJE UPORABE

Pripomoček najdolgaj čas uporabe dihalne cevi (ni pacientsu znaša 24 ur.