

Nachbestellung von SpO2-Sensoren für das Pulsoximeter Biolight M800



Achtung! Für das Gerät gibt es 2 verschiedene SpO2-Sensoren, die **nicht** kompatibel sind. Zur korrekten Nachbestellung benötigen wir zwingend die auf dem Kabel des alten Sensors aufgedruckte REF-/Bestell-Nr. Ohne diese Nummer ist keine Lieferung möglich.

Biolight Digital SpO2-Sensor	Biolight SpO2-Sensor (Nelcor komp.)
	
auf dem Kabel → REF: 15-100-0013	auf dem Kabel → REF: RSJ001DA
für die Nachbestellung → REF: 15-100-0013	für die Nachbestellung → REF: RSJ001DA

Ordnungsgemäß gelieferte Ware ist von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Genannte Produkte können eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller sein.

Telefon +49-(0)234-777444-0
Telefon +49-(0)234-777444-66

c2 medical GmbH
Am Hellweg 12· 44805 Bochum

www.c2med.de
info@c2med.de